

IQK-Karte 3 – Mehrfachbestimmungen

Beispiel 7



Abwasseranlage: KA - Musterstadt

Parameter: CSB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datum	Name	Probenbezeichnung	Messwert 1	Messwert 2	Messwert 3	Mittelwert	Größte Streuung		Bewertung:
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	Differenz	Sp 8x100% /Sp 7	Qualitätsziel erfüllt?
							mg/l	[%]	
05.01.2016	Bast	Ablauf NK	37	39	38	38,00	2,00	5,3	ja
12.01.2016	Bast	Ablauf NK	42	40		41,00	2,00	4,9	ja
12.01.2016	Klumm	Zulauf	370	350	380	366,67	30,00	8,2	ja
19.01.2016	Bast	Ablauf NK	61	45	47	51,00	16,00	31,4	nein!
19.01.2016	Bast	Ablauf NK	43	44	46	44,33	3,00	6,8	ja
26.01.2016	Bast	Ablauf NK	41	48		44,50	7,00	15,7	nein!
26.01.2016	Klumm	Ablauf NK	45	46	47	46,00	2,00	4,3	ja
02.02.2016	Klumm	Zulauf	500	530		515,00	30,00	5,8	ja
02.02.2016	Bast	Ablauf NK	70	70	71	70,33	1,00	1,4	ja
10.02.2016	Bast	Ablauf NK	55	57		56,00	2,00	3,6	ja
18.02.2016	Bast	Ablauf NK	39	42	42	41,00	3,00	7,3	ja
03.03.2016	Bast	Ablauf NK	62	58	57	59,00	5,00	8,5	ja
03.03.2016	Bast	Zulauf	415	440		427,50	25,00	5,8	ja
09.03.2016	Bast	Ablauf NK	51	48	47	48,67	4,00	8,2	ja
15.03.2016	Klumm	Ablauf NK	39	57	58	51,33	19,00	37,0	nein!
23.03.2016	Klumm	Ablauf NK	55	57	58	56,67	3,00	5,3	ja
06.04.2016	Klumm	Zulauf	480	495		487,50	15,00	3,1	ja
06.04.2016	Klumm	Ablauf NK	47	51		49,00	4,00	8,2	ja
ACHTUNG! Festgelegte zulässige Streuung eintragen			Festgelegte zulässige Streuung bei Werten \geq			15,00	mg/l	10,0	%
			Festgelegte zulässige Streuung bei Werten $<$			15,00	mg/l	1,5	mg/l

Betriebsverantwortliche/r: 19.04.2016, Reuthe

Datum, Unterschrift