

IQK-Karte 6 – Vergleichsmessungen

Blatt 1 - Labor

Abwasseranlage: KA - Musterstadt

Beispiel 13



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Datum	Name	Proben- bezeichnung	Parameter	Mittelwert mg/l	Sollwert oder Mittel aus den Vergleichs- messungen mg/l	Abweichung des Mittels vom Soll- wert mg/l	Abweichung relativ %	Bewertung: Qualitätsziel erfüllt?
11.02.2016	Donner	Ablauf	CSB	18	19	-1	-5,3	ja
11.02.2016	Donner	Ablauf	NH ₄ -N	3,2	3	0,2	6,7	ja
11.02.2016	Donner	Ablauf	NO ₃ -N	1,8	1,9	-0,1	-5,3	ja
11.02.2016	Donner	Standard	NO ₃ -N	10,3	10	0,3	3,0	ja
11.02.2016	Donner	Ablauf	P _{ges}	0,7	0,6	0,1	16,7	ja
12.05.2016	Gebhardt	Ablauf	NO ₃ -N	2,3	2,5	-0,2	-8,0	ja
12.05.2016	Gebhardt	Zulauf	CSB	33	43	-10	-23,3	nein!
12.08.2016	Gebhardt	Zulauf	NO ₃ -N	0,92	0,82	0,1	12,2	ja
12.08.2016	Gebhardt	Zulauf	P _{ges}	4,3	4,5	-0,2	-4,4	ja
12.08.2016	Gebhardt	Zulauf	CSB	330	370	-40	-10,8	ja
12.08.2016	Gebhardt	Zulauf	NH ₄ -N	23	29	-6	-20,7	nein!
ACHTUNG! Festgelegte zulässige Abweichung eintragen!				Festgelegte zulässige Abweichung in %:			20	

Betriebsverantwortliche/r: 30.12.2016, Gebhardt

Datum / Unterschrift